

# Betriebsanweisung

Für das Gerät

Pulltester

Bereich: Mikrosystemtechnik

Raum: 15-049

## Anwendungsbereich

Bondstärketesten mittels Pulltester

## Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen
- Überhitzungsgefahr des Geräts
- Gefahr durch Spannung und elektrische Überschläge
- Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Benutzung des Geräts nur durch eingewiesenes Personal
- Arbeiten nur nach Betriebsanleitung des Herstellers
- Anlegen von persönlicher Schutzausrüstung
- Vor Benutzung Erden
- Während des Testvorgangs nicht in die Gerät eingreifen

## Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall



- Hauptausschalter betätigen
- Gerät nicht erneut einschalten
- Vorgesetzten kontaktieren

## Erste Hilfe



- Eigenschutz beachten
- Verletzte aus dem Gefahrenbereich bergen
- Ersthelfer heranziehen
- Notruf 112
- Gerät Not-Ausschalter betätigen
- Brände ausschließlich mit CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher bekämpfen
- Unfall melden

## Instandhaltung



- Gerät vor der Instandhaltungsmaßnahme ausschalten
- Reparaturen dürfen nur von beauftragten und eingewiesenem Personal durchgeführt werden

## Folgen bei Nichtbeachtung

- Personenschäden, Beschädigung des Gerätes, Fehlfunktion, kostenintensive Schäden

Unterschrift:

Datum: 2024-10-17